⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-67963

®Int. Cl. *

 ❷公開 平成2年(1990)3月7日

G 01 N 35/08

C 6923-2G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全10頁)

図発明の名称 自動微量成分測定方法及びその装置

②特 顧 昭63-219407

②出 顧 昭63(1988) 9月1日

蓼 沼 克嘉 個発 明 秀 内田 7000年明 伊 明 井 者 --- \pm 伊 発明 薑 包分 明者 村 £Ω ф 株式会社化研 の出類 人 20代理人 弁理士 北條 和由

茨城県水戸市堀町字新田1044番地 株式会社化研内 茨城県水戸市堀町字新田1044番地 株式会社化研内 茨城県水戸市堀町字新田1044番地 株式会社化研内 茨城県水戸市堀町字新田1044番地 株式会社化研内 茨城県水戸市堀町字新田1044番地 株式会社化研内 茨城県水戸市堀町字新田1044番地

明 曜 書

- i. 発明の名称
 - 自動微量成分期定方法及びその装置
- 2. 特許請求の軽頭
- (1) 別定対象である水等の液体試料に含まれる多 種類の微量成分あるいは超微量成分を自動的に 別定する自動微量成分別定方法であって、

制定すべき試料を連接的に供給する制定試料 供給行用と、

上記試料供給行機により連続的に供給される 試料の格解成分と不溶解成分とを分別処理する 分別処理行程と、

上記分別処理行程から供給される試料の確定 に応じて所定の確定に希釈するための試料確度 希釈行程と、

上紀分別処理行程から供給される試料、 あるいは上記試料譲度者取行程から供給される 看駅 試料に含まれる多種類の発量成分あるいは 超数 日瓜分々、 クロー・インジュクション・アケリ

シス窓により日勤的に分析する分析行图と、ぐ

して

上記分析行程での分析結果に基ずき、上記試 料の成分を示す信号を所定の処理方法によって 処理することを特徴とする自動数量成分測定方 法。

(2) 測定対象である水等の液体試料に含まれる多種類の微量成分あるいは超微量成分を自動的に 測定する自動微量成分制定要度であって、

選定すべき試料を連続的に供給する制定試料 供給手段と、

上記試料供給手数からの試料の溶解成分と不 無解成分とを分別処理する分別処理手段と、

上紀分別処理手段からの試料の機度に応じて 所定の機度に希釈するための試料機度希釈手段 と、

上記分別処理手段からのはれ、 あるいは上記 は料機度が沢手段からの情報は料に含まれる多 種類の微量成分あるいは超微量成分を、 フロー 。インジュタション。アクリシス登局より□門 的に分別する分別手段と、 そして 上記分析事故の分析結果に基ずき、上記試料の成分を示す信号を所定の処理方法によって処理すると共に、上記分別処理事故、上記試料過度希釈事故、さらには上記分析事故の動作及び試料の導入を制御するための制御処理事故とから成ることを特徴とする自動微量成分無定義國。
3. 範囲の詳細な説明

【産業上の料用分野】

本発明は、水等の液体試料に含まれる多種類の際量成分あるいは超級量成分を測定する機量成分を測定方法及び装置に関し、特に、火力発電所の水質管理等にも有効に利用することの出来る、迅速かつ正確なな水質分析の可能な自動微量成分測定方法及びその装置に関する。

【従来の技術】

火力発電所や原子力発電所の各種系数水、半 導体工場や各限研究機関等で使用する純水、各 種試料等の水質管理、水質分析に於いては、様 量あるいは超微量の各種成分(隔イオン類、降 イオン類)の分析及びその線度を正確に、 しか も 迅速に 測定する必要がある。 しかも、 それら の 測定の対象となる試料 (対象水)には、 放射 値や有罪物質等が含まれていたり、 あるに養理な 試料の場合には、 使用できる試料の量が限分れ てしまう場合には、 使用できる試料のの が少ない場合もあり、 さらに養理な ない。 また、 それらの 間定対象 てしなる試料 (クラッド類)が共存す る場合も有り、 この不溶解成分をも同時に分析 して管理する場合も多い。

一例として、例えば原子力和電所内の水質分析・水質管理について示すと、排除水型原子力発電所(BWR)の場合、その原子炉水、俊水、給水等に代表される系統水は、純水を使用しており、それらには放射性装態が含まれている。また、加圧水型原子力発電所(PWR)の場合には、特に一次冷却材に、運転管理の面から、リテウム(しょ)と高速度の概常(B)が、それぞれ、例えばリテウムが約2pmをして確

素が最高で2000ppm程度性入されると共に、さらに放射能復程が含まれている。また、これらBWR及びPWRでは、放射線被爆を低減、複燃料率や各種がト(Co)、放射線を保証である。またのでは、特にコパルト(Co)、クロム(Co)、乗(Cu)、クロム(Co)、乗(Cu)、クロム(Co)、乗(Cu)、クロム(Co)、乗(Cu)、クロム(Co)、乗(T)、東(T)、東(T)、東に、大力を表現の特別のである。また、火力発展においても、発電所の起動には対ける水質管理においても、発電所の起動には対しる。

一方、従来、かかる制定に用いられる繁用型の分析機器としては、原子吸光模型、 誘導結合プラズマ発光分光分析模型(ICP)、 安光 X 練装置、 イオンクロマトグラフィー (IC) 等が用いられているが、 これらの装置では対象は同学の国党国口党国の国営ないし国際国国日で直接国定することが出来る基础出来では対象で

【雞明が解決しようとする認篇】

上記従来の規定方法では、以下のような問題 点があった。すなわち、特にコパルト(Co)、 鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、 鋼(Cu)、 クロム(Cr)、 亜鉛(2n)、 マンガン(M n)、テトリタム(No)、ロタ密(I)、 粒 含(Cl) 氧に名表である合品元素類の資料成 分、不妨解収分は p p b あるいは p p t レベルの極端性成分であるため、これらの収分を測定するためには高濃値する必要があり、これでは多量の試料が必要となり、また、試料の機能のための前処理が必要となり、分析の迅速性に欠けための前が長くなってしまい、分析の迅速性に欠けてしまう。さらには、試料の機能の際、放射線は個の範囲が生じてしまう。

一方、 加圧水型原子力発電所(PWR)では、その一次冷却材を測定する場合、 ppb あるいは ppt レベルの優別量成分と共に、 リテクムや職業が高線度で含まれており、 上記の従来の 消定分析方法では、 これらの成分の分析が技術的には困難な面を多く伴い、 十分な水質分析を行うことが出来ないという問題を生じる。

この様に、従来の前定方法では、比較的高級 度の成分からppbあるいはpptレベルの極 後度成分まで多額類の成分を熔解した試料については、それらの迅速かつ正確なな分析・処理 は困難であり、これでは十分な水質分析・水質 管理が行うことができなかった。

[課題を解決するための手及]

上記の本発明の目的は、関定対象である水等の液体試料に含まれる多種類の微量成分あるいは超微量成分を自動的に関定する自動微量成分 側定方法であって、

間定すべき試料を連続的に供給する難定試料 作動行為と、

上記試料供給行程により連続的に供給される 試料の溶解成分と不溶解成分とを分別処理する 分別処理行程と、

上記分別処理行程から供給される試料の機度 に応じて所定の機度にお釈するための試料機度 和釈行程と、

上記分別処理行程から供給される試料、あるいは上記試料線度物駅行程から供給される物駅 試料に含まれる多種類の微量成分あるいは超微 量成分を、フロー・インジェクション・アナリ シス法により自動的に分析する分析行程と、 そ して

上記分析行程での分析的果に基ずき、上記試 料の成分を示す信号を所定の処理方法によって 処理することを特徴とする自動徴量成分測定方 法によって達成される。

上記の本発明の目的は、さらに、測定対象である木等の液体試料に含まれる多種類の数量成分あるいは超微量成分を自動的に測定する自動 微量成分測定複数であって、

理定すべき状料を理様的に供給する需定状料 Q D D D と。

上起就到战的平量からの战器の溶解应分と不

棺解成分とを分別処理する分別処理手段と、

上記分別処理手段からの試料の濃度に応じて 所定の濃度に希釈するための試料濃度精釈手段 L

上記分別処理手散からの試料、 あるいは上記 試料環度希釈手段からの希釈試料に含まれる多 種類の微量成分あるいは超微量成分を、 フロー・インジェクション・アナリシス法により自動 約に分析する分析手段と、 そして

上配分析事故の分析結果に基ずき、上記試料の成分を示す信号を所定の処理方法によって処理すると共に、上記分別処理事政、上記試料維度者釈手政、さらには上記分析手故の動作及び試料の導入を制御するための制御処理手及とから成ることを特徴とする自動性量成分部定模型によって連成される。

[作用]

すなわち、上記の本発明によれば、数料に含 されるひ目目の元型で分切するために、口分で 団団(996レベル)さるいは細数点(996

レベル)で、正確かつ迅速に分析することが出 来る、 いわゆるフロー・インジェクション・ア ナリシス法による分析方法を採用すると共に、 そのままでは上記フロー・インジェクション・ アナリシス 法による分析 袋 配では分析不可能な 高緯度の試料成分についても、上記分析袋園に 導入する以前に 所定の速度に 拾択してして 供給 することにより、個広い範囲で試料に対応でき るようにする。 さらに、 試料の不溶解成分につ いては、やはり上紀分析製団に導入する以前に、 溶解成分と不溶解成分とも分別処理する分別処 理手段により溶解成分と不溶解成分とも分別分 折することが出来るようにし、もって多種類の 敬量成分あるいは趙敬量成分を自動的、かつシ ステマチックに、 そして正確かつ迅速に測定出 来るようにしている。

[実施 例]

以下、本発明の実施例について、銀付の図面を参照しながら説明する。

第1回には、 本発明の実施例である自動操動

使用する純水等、 その隙皿成分等が態定・分析 され、その水質が管理されるべき水等の対象試 料(サンブル)がサンブリングされ、検査ライ ン1を通して送られてくる。この対象試料(サ ンブル)は、先ず、上記校査ライン」が接続さ れているクラッド・イオン分別処理模型 (C IT)2に、オンライン又はパッジで導入され、 さらに広範囲論度希釈処理装置3を介して、あ るいは直接後段の様々の分析装置4a~4」に 接続される。 そして、これら分析装置4a~4 j からの出力信号はコンピュータ 5 に入力され、 所定の計算を行って対象試料(サンブル)の成 分も処定・分析する。 このコンピュータちから の御足・分析出力は、 例えばデータ集積あるい はそれぞれの制御対象であるブラントの選択管 理のためのフィードパックデータとして使用す ることも可能である。このコンピュータ5は、

成分側定装置の全体構成が示されており、この

図において、 例えば火力宛電銃や原子力強電筋

の各種系統水、半導体工場や各種研究機関等で

同時に、上記クラッド・イオン分別処理委団 (CIT) 2、 広範囲機度希釈処理委団 3 及び 分析装置 4 a ~ 4 J の動作タイミング等を制御 している。また、 図中、 二重線は試料の流れを、 実際は電気的信号の流れを示している。

上記のクラッド・イオン分別処理模型 (C I T) 2 は、 おず、 図白みか2 l と六方切換えか2 3 なフィルク2 2 な倒れていない退路2 b 日

に切り換え、サンプリングした試料を上記機器 2 b に流す。そして、この試料に上記機能路 2 4 から塩酸等の酸を合流させる。その後、これ 6 の試料と酸は反応コイル 2 5 で反応され、そ の結果、上配試料の中に溶験していないクラッ ド収分が上配酸によって溶解される。この状態 で分析装置に送られると、試料のクラッド成分 を含む全金四成分に対応する値のピーク値 Hall 1が得られることとなる。

次に、切換え弁21と六方切換え弁23をフィルク22を備えている流路2a側に切り換え、同じ試料を上配法路2aに流す。この時、試料のクラッド成分は上記フィルク22の母きによって徐かれ、その結果試料に培解しているイオン双分のみが洗れる。そして、これが上配と同様の処理を経て上記分析要型に送られると、上記分析要量により、試料のクラッド成分が除かれた金属成分だけに対応する値のピーク値Hicoが初られることとなる。

この何にして同るなたビーク目HollDUHI

onは、前者は試料に含まれる全成分に対応する 値を示し、後者はクラッド成分が除去されたな オン成分に対応する値を示すこととなり、逆る で、Hali-Hionがクラッド成分に対応する値 を示すことになる。上記第2回では、分析を置 としては、例えばコパルト分析を置4aが何 れているが、本見明はこれに限らず、そののと れているが、本見明はこれに限らず、そののと 分析を置4b~4iにも接続されていることより 分析を置くしてよる 別処理模型(CIT)2の詳細については、 分別処理模型(CIT)2の詳細については、 分別処理模型(CIT)2の詳細については、 分別処理模型(CIT)3の詳細については、 例えば同出面人による特面昭83~30784 号に示されている。

次に、上記広報四遠度看釈処理委置(WA)3についてその詳細を説明する。この広範四遠度看釈処理装置(WA)は、高遠度試料を自動的に希釈する發展であり、 第3回に示すように、 酸拡散セル31、 切換え弁32と33、 拡散コイル34と35、 大方切換え弁36、 ポンプ37等を含み、導入されるppm~ppbレベルあるいはちらに高遠度の成分を含む試料を分析

袋型が設定可能線度範囲内に着駅する。 そして、 上記広範囲護護希収処理装置 (WA)3にお いては、光子試料の一部に試賞を投入し(例え ばコパルトの分析においてはニトロソR唐被や 低歳度PPDA溶液が使用される)、 吸光度検 出によってその濃度が測定される。 そして、こ の測定された速度に応じ、 ポンプ37によって 供給されるキャリアの流れの中に六方切換え弁 3 8 で試料を供給する。 例えばppmレベルの コパルト陪放を指収する場合は、上記切換え弁 32と33も、旋路を上紀膜拡散セル31と拡 敢コイル34に洗れるような位置にし、 膜拡放 着駅とチェーブ内拡散着駅を併用する。一方、 ppbレベルのコパルト溶液を希釈する場合は、 上記切換え弁32と33を切り換え、拡散コイ か3.5 に進し、チューブ内拡散着観だけを用い る。そして、上紀拡散コイル34と35は、上 配切換え弁32と33の切換えに伴い、上記キ +リナと試料との拡散のために用いられる。こ の広範囲機度希釈処理装置(WA)3の評細に

ついては、 例えば同出頭人による特別昭 6 3 - 3 0 7 6 8 号に示されている。

次に、本発明によれば、上記分析装置4a~4」として、極く少量の数料で微量または超微量成分を迅速に測定することの可能な流れ分析法(Flow Injection Analysis 、以下FIAと記す)を用いた分析装置が用いられている。一般に、FIAによる場合、1試料の分析所更時間は3~4分と従来の方法に比べ極めて短く、また、制定のために必要な試料量も0.1~0.5m~程度と極めて少量で目標の分析感度を得ることが出来る。

この様なFiAによる分析観度 4 a ~ 4 j の一例として、 第 4 図には、 超微量コバルト分析観度 4 a の構成が示されている。 第 4 図において、 上記録像量コバルト分析観度 4 a は、 He 数気用ガスライン 4 0 1、 ライン 沈神用切換えパルブ 4 0 2、 ブラジャーボンブ (ビストンボンブ) 0 0 3、 ペンブヘッドガス 20 0 周 切 過 2 パルブ 4 0 0 8、 ※ ※ インジュタション 自 2 パル

ブ405、 試料吸引用チュービングポンプ408、 試料・試験ミキシング及び反応部(ヒータ部471及び冷却部472)407、 検出部(比色計波及745nm)408、 専圧コイル408から構成され、 その外部には試験瓶Rー1~Rー5、 そしてコンピュータ 5が配置されている。 また、 上配試験 原Rー1~Rー5には、 の.1 N HClが、 Rー2には 0.036M HeOzが、 Rー3にはPPDA+Tironが、 Rー4には0.244M NaOHが、 そしてRー5には3M HClが充場されており、 これらのエレメントの間を接続するラインは非常樹脂のチューブから形成されている。

以上の構成になる超級型コバルト分析模型 4 a において、 先ず、 He製気用ガスライン 4 0 1 は試整接後中の辞存ガスを辞解度の小さい Heガスで 国換する。 これにより、 培存ガス 繋が回少し、 ロンブヘッド内 やタイン 中での発泡を切り、 遠後を安定化で 0 5。 立た、 遠葉原乳 ~

Sに充填されたPPDA+Ticonは酸化し やすく不安定であるために、 その性能劣化防止 にも登立つ。

次に、ライン洗浄用切換えパルプ402は、 ポンプ人口側の特殊5速3万パルブ切換えによ り、選定後のライン洗浄が簡単に行うことがで きるものであり、これを洗浄せずに放置すると 融化・発色した試異がチューブ内の壁に付着し、 後の測定に支撑を来すことになる。 また、 ブラ ジャーポンプ (ピストンポンプ) 403は、ピ ストンタイプのポンプであり、 シリングー上下 にポール弁がある。材質はサファイヤ、ルビー、 ガラス入り丹素樹脂等が使用されており、 耐圧 性が優れている。特に、本実施例の袋屋では、 1 = ストロークの精密ポンプを用い反応効準の アップ、繁性の防止などを効果的に行っている。 ポンプヘッドガス抜き用切換えパルブ404は 上記ライン批学用切換えパルプ402と同じパ ルブセポンプ出口側に取り付け、 ポンプヘッド 内に気泡が滞留した場合に簡単にシリンジによ

って抜き取ることができる。 ポンプヘッド内に 気物が踏留すると送液が乱れ、 ベースラインが 周期的にドリフトするが、 速転前にシリンジで 脱ガスを行えば問題はない。

被出部(比色計波及745nm)408は、

最終的には青色に発色したPPDAの色の濃さ を小容量フローセルで連続的に比色計で計る。 この比色計は、第5回に示すように、光学系は ダブルピーム方式が採用されており、 対照側を 補償用に使用しているためタングステンランプ 481の光線輝度の変化等に対しては影響が少 なく、安定性の高いものとなっており、多時間 の使用でもペースラインのドリフトはほとんど ない。また、分光器は光の干渉作用を利用して 単色光を取り出す干渉フィルター4.82が使用 されている。 女科を通すフローセル483は弱 素樹脂と石英ガラス窓より作られており、 構造 的に気値が抜けやすく(気値が入ったままだと、 ショックピークやノイズの原因となる)、 耐圧 も充分に考慮されている。 受光器として用いら れるフォトセル(フォトダイオード)484で 光重に応じた電流を生じ、 これを増幅回路 4.8 5で増幅し、補償回路488において上紀対照 菌シグテルによって相信し、 ヨンピュータもに ぬかしている。

さらに、 存任コイル 4 0 8 は ライン系統 より、 係の知いチューブを接続し 管内全体の圧力を高 め気物の発生を防ぐものである。 試験照 R ー 1 ~ R ー 5 は ガラス容器、 試験吸引用及び H e ガ スパージ用 非常情態チェーブが試験版キャップ に取り付けられている。

超数型コベルトの検出類型は、NーフェニルーPーフェニレンジアミンはpH11付近で過酸化水素(H.O.)により黄色化合物に酸化を低、これを短酸酸性にすることにより感度の高い図の公合質(Aman=745am)に配合

する。 上配供色化合物の生成反応は違いが、 ここにコパルトが存在すると接触的に酸化が促進され、 また、 この系にアクチベータ (反応助起物質)としてタイロンが共存すると、 さらに反応速度が飛躍的に増大する。 ここで、 試料中のコパルト (Co)の量に比例して生成する青色化合物の発色度を光学的に連続的に流れ状態で測定する。

この検出方法による分析能力としては、試料量 0.1 m l で検出下限 1 p p l が可能である。また、その分析に要する所要時間も、従来一般的に行われていた方法の 1 / 1 0 0 0 程度に短離することができる。

超微型鉄の検出原理は、アミノアンチピリンとジメチルアニリン、さらに過酸化水溶(HaОェ)が共存し、加えて、アクテベータとしてフェナントロリンが共存すると、試料中の鉄(Fe)の量に比例した紫色化合物(Amax=555mm)が生成する。この緑色化合物の発色度を光学的に、連続して彼れ状態で測定す

る。この検出方法による分析能力としては、試料量 0.4 m l で検出下限 0.1 p p b が可能である。また、その分析に要する所要時間も、従来一般的に行われていた T P T 2 吸光々度独による方法に比べ約 1 / 5 0 ~ 1 / 1 0 0 程度に領額することができる。

度に短縮することができる。

以上の検出原理は、いずれもそれらの元素が 触媒的に作用するという特徴を有し、このため 従来の分析方法に比較して採用的に高感度であ る。また、この原理に基ずいた場合、共存元素 類の影響を受けにくいこともこの分析原理の大 きな物質である。

さらに、その他の成分について以下に四単に 説明する。先ず、超数量類(Cu)の検出原理 は、傾に対して極めて特異性の高い1.10フェナントロリンを用い、隔イオン性のミセルに よって増退させ、その化学発光量を選定する。 この検出方法による分析能力としてが可能である。 また、その分析に要する可要時間も、健果一般 的に行われていたジンコン要光々度法や、原な の光法、精神結合でクスマ発光分光分析法な行 ではると

日随鱼马科(Zn)の绘曲原理心、图象反应

を利用してしーロイシンーpーニトロアエリド からのpーニトロアエリン生成速度を認定では、 は耳量 0.5 m l で検出下級 5 p p t が可能 である。 また、その分析に要する所要時間も、 健来一般 的に行われてリテゾン 吸光々度 法 や 要 が を か た が か た が か た が か た が か た が か か 5 分間で分析する ことができる。

超級量マンガン(Mn)の検出原理は、N.
Nージメテルアニリンによるマンガン(Mn)の触媒反応を利用して測定する。この検出方法による分析能力としては、 試料量 0.2mlで使出下限10pptが可能である。また、その分析に要する原要時間も、従来一般的に行われていた過ぎり素酸酸化吸光々度法や原子吸光法、誘導結合ブラズマ発光分光分析法などでは不可能だった超微度2nを約3分間で分析することがで介8。

ご随西クロム(Cr)の領由展理は、 通性別

超微数塩素(Cl)の検出原理は、Fe(II)、TPT2-Hs蜡体により塩素(Cl)を定量する。この検出方法による分析能力としては、
は料量1mlで検出下限5ppbが可能である。
また、その分析に要する所要時間も、従来一般
的に行われていたイオンクロマトグラフ法による方法に比較し1/10程度に短節することができる。

さらに、超散量ョウ素(I)の検出原理は、 鉄ミョウパン被とNaOHの存在下でヨウ素 (1)によるチオシアン酸鉄の退色により定量する。この検出方法による分析能力としては、 試料量1 m i で検出下限 0 . 1 p p b が可能である。また、その分析に更する所要時間も、 従来一般的に行われていた四塩化炭素吸光々度法による方法では不可能だった超級量率ク素を約5出で分析することができる。

超級型ポロン(B)の検出原理は、pH-6.5でH-レゾルレンーEDTAの発色を吸光や底理定するレゾルシンーEDTA吸光や底接である。この検出方法による分析能力としては、 試料量 0.1mlで検出下限5ppbが可能である。また、その分析に受する所要時間も、経来一般的に行われていたメテレンブルー法による方法の1/50程度に短離することができる。

超数銀リチウム(Li)の検出原理は、 タラウンージニトロフェエルアゾフェノール吸光々度法である。 この検出方法による分析能力としては、 試料量 0.2 で検出下限 2.0 pp b が可

能である。また、その分析に要する所段時間も、 従来一般的に行われていた炎光々度法による方 法に比べ数分の1に短離することができる。

超微量ルチェウム(Ru)の検出原理は、トロペオリンが過ぎう素酸によって酸化され、超色する反応においてルチェウム(Ru)が放松として作用することを利用した方法である。 この検出方法による分析能力としては、 試料型 0.3 m l 検出下限 0.01 ppb が可能である。また、その分析に要する誘要時間も、 従来一般的に行われていた IPC 発光分先法による方法では不可能だった超微量 Ruを約3分析することができる。

これらの超級量分析において、 従来の方法に 比べ大幅な分析所要時間の遊離が可能となった 理由は、 試料中の成分逾額、 前処理に要する時 間が不要であるためであり、 同様の原理により、 他の成分の超数量分析も可能である。

とれるの超离程度の分析も回照用を行う日白 には、分析程度を数理に用限から必要が409、 また、接触触媒反応は特に温度の影響を受け易く、外温のわずかな温度変化でもその反応性、ペースラインに影響があるため、 その検出反応部は、外温速断あるいは精密に復進化する必要がある。

第 图 平 2 - 67963 (9)

としてフィードバックされ、あるいは異状時刊 斯・対応等のデータとしても有効に利用される ことは明らかである。

[発明の効果]

以上の説明からも明らかなように、 本発明に よれば、 極く少量の試料で微量から超微量の成 分の形態別の分析が自動的にかつ迅速に行うこ とが可能となる。 さらに、 このことにより、

(1)分析に必要な試料の量、分析所要時間が少なく、特に原子力発電所内における放射線被爆の低減、及び放射線管理区域内への入板時間の短縮が可能となり、原子力発電所内における水質分析・水質管理に極めて有用な測定方法及び装置を提供することが可能となる。

(2)自動的かつ迅速な分析が可能なことから、 原子力発電所や火力発電所等において自己診断・自己判断機能を付加することが可能となり、 これによって異状時、事故時の事前の迅速な対 応が可能となり、安全面でも効果がある。

(3) 従来、その測定に困難を振めていた元素

の高感度での測定が可能となるため、 化学的管理の観点からの、 付随する品質管理、 ブラント管理、 配管腐蝕管理等の面においての効果もおいた即待できる。

(4) さらに、超級量元素の機な学塾研究や学 動試験の学動確認分析手段としても有効である。

4. 図面の関単な説明

第1 図は本発明に成る自動微量成分別定方法 を行うための自動微量成分別定要区の全体系統 図、第2 図は上記自動微量成分別定要図のクラッド・イオン分別処理装置を示す系統図、 第3 図は上記自動微量成分別定装置の広範囲機関を示す系統図、 第3 収処理報度の系統図、 第4 図は上記自動微量を成分別定装置の系統図、 第4 図は上記自動微量を成分別定接回の広範囲機関を がある。







